

分子育种仪器设备询价采购公告(二次)

一、项目情况：
项目名称：分子育种仪器设备采购
需求数量：9 台
采购预算：5 万元
报名日期：2025 年 10 月 16 日
开标时间：2025 年 10 月 17 日 9:30
开标地址：陕西省咸阳市杨凌示范区高干渠路西段 6 号
陕西省杂交油菜研究中心二楼会议室
报名电话：029-68259018 武老师

二、货物名称、数量及主要技术指标等要求：

序号	设备名称	技术参数及要求	数量（台/套）
1	恒温培养摇床（双层,带一层弹簧摇板）	技术参数: 1.控制方式：P. I. D（微电脑环境扫描微处理芯片）* 2.显示方式：彩色显示触摸屏 3.对流方式：强制对流式 4.振荡方式：回旋振荡式 5.驱动方式：多维驱动式; 6.开门方式：单开门 7.温度控制范围（℃）：4～60℃ 8.温度分辨精度（℃）：±0.1； 9.温度波动度（℃）：≤±0.1（37℃时） 10.温度均匀度（℃）：≤±1（37℃时） 11.回旋频率范围（r/min）：30～300; 12.安全功能：上、下限温度偏差报警，上、下限速度偏差报警; 12.独立式超温保护器，开门停机保护，漏电保护；制冷机超荷保护; 13.附属功能：来电恢复、参数记忆、参数加密、速度校正、时钟显示; 14.编程功能：反复、步调、温度阶梯、曲线编程设定 6/12（段/步），每段时间：100（h）; 15.制冷功能：空冷式、R134.a 制冷量自动控制、无霜运行; 16.摇板尺寸（mm）：496*350; 17.摇板数量（块）：2; 18.容积（L）：≥173L; 内胆尺寸（mm）：≥615*440*640 最大容量（ml*支）：750ml*18/500ml*22/100ml*56 19.功率（W）：950 电源：AC 220V 50/60Hz 弹簧摇板及各种三角瓶夹具 选配 标准配置：主机 1 台，摇板数量（2 块）; 弹簧板 1 块；100ml 三角瓶夹 10 个，500ml 三角瓶夹 8 个；1000ml 三	1

		角瓶夹 4 个。	
2	图像采集设备	基本光学参数 1 焦距：24-105mm 2 光圈：恒定 F4 最大光圈，F22 最小光圈 3 镜片结构：14 组 17 片，包含 4 枚非球面镜片（2 枚 AA 高级非球面）和 3 枚 ED 低色散镜片 4 视角：84° -23°（全画幅），61° -15° 1'（APS-C） 5 光圈叶片：9 片圆形光圈 6 最近对焦距离：0.38 米（1.25 英尺） 7 最大放大倍率：0.31 倍 8 对焦系统：直接驱动超声波马达（DDSSM），对焦快速精准安静 9 防抖功能：OSS 光学防抖	1
3	超薄型蓝光切胶仪	1 波长 470nm 2 凝胶尺寸 100x150mm 3 尺寸 210x210x30mm 4 重量 1.4kg 5 光源 采用 108 颗长寿命高亮度进口 LED 灯珠，寿命超长达 10 万小时 6 蓝光光源，对人体和核酸片段无伤害；可调角度滤色盖板任意角度固定，单手操作；全尺寸透明滤光片盖，无需佩戴防护目镜	2
4	玻璃珠灭菌器	1 温度调整范围：100℃-300℃ 2 控温精度：±5℃ 3 容器内尺寸（直径*深度）：Φ40*150mm 4 加温区总长 100mm 5 电源 AC220V±22V，50Hz±1Hz，200W 6 使用环境温度 10℃-50℃；相对湿度 ≤90% 7 净重：2.5KG 8 数码实时显示温度，可放置在工作台内使用	5

三、报价请提供下列文件：

- 1、营业执照，法人授权书，法人身份证，被授权人身份证。（复印件盖公章）
- 2、报价单。需写明产品名称、品牌型号、配置、数量、单价、总价、联系方式。（加盖单位公章）
- 3、产品来源渠道和相关介绍。包括各种证照、盖章的产品详细介绍、产品说明、技术参数等证明材料。
- 4、安装、培训和售后。提供具体的安装调试、技术培训和售后服务方案。
- 5、以上文件装订成册盖章密封，于开标时间指定地点现场启封，作为最终询价文件进行评审。

四、评标办法

- 1、投标文件完全相应指标要求。
- 2、以价格最低作为重要参考，兼顾文件齐备和资质进行综合评分。
- 3、货期：签订合同后 15 个工作日完成供货。